

БЛОК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Этикетка
5B5.064.577 ЭТ

Блок чувствительных элементов используется в составе сигнализатора СТХ-17

Выходное напряжение моста с блоком чувствительных элементов при подаче $(30 \pm 2) \%$ от нижнего концентрационного предела распространения пламени метана в воздухе составляет (35 ± 5) мВ при температуре $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

Содержание драгоценных материалов (платина, палладий) не превышает 0,0004 г.

Вариант внутренней упаковки ВУ-5, вариант временной защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014-78.

Условия хранения 1, условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию в составе изделия, но не более 4 лет с момента изготовления.

Свидетельство о приемке

Блок чувствительных элементов 5B5.064.577 заводской номер 132 изготовлен в соответствии с конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 02.11.2018 г.

Подпись лица,

ответственного за приемку

